

Mjerač induktiviteta

Zetović, Ivan

Master's thesis / Diplomski rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:200:435254>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom](#).

Download date / Datum preuzimanja: **2024-12-24**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET**

Sveučilišni studij

MJERAČ INDUKTIVITETA

Diplomski rad

Ivan Zetović

Osijek, 2015.

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. METODE MJERENJA INDUKTIVITETA	2
2.1. Mjerenje velikih induktiviteta (područje μH i mH)	2
2.2. Mjerenje malih induktiviteta (područje nH).....	5
3. IMPLEMENTACIJA	8
3.1. Dijelovi sklopa	8
3.1.1. Mikroupravljač ATmega32	8
3.1.2. Operacijsko pojačalo	13
3.1.3. LC oscilator	15
3.1.4. LCD 16x2.....	16
3.2. Simulacija.....	20
3.3. Programski kod	24
3.4. Shema sklopa i prototip.....	26
3.5. Izrada tiskane pločice	28
3.6. Gotov uređaj.....	32
4. MJERENJA.....	34
4.1. Apsolutna i relativna pogreška mjerenja	34
4.2. Valni oblici signala (LM311)	37
5. ZAKLJUČAK	41
LITERATURA.....	42
SAŽETAK.....	43
ŽIVOTOPIS	44
PRILOZI.....	45

SAŽETAK

Mjerač induktiviteta je izveden tako da mjeri nepoznate induktivitete s 5 % točnosti. Mjerni opseg uređaja se kreće od 1 uH pa sve do nekoliko desetaka mH. Mjerenje nepoznatog induktiviteta se temelji na mjerenju frekvencije LC oscilatora koji se nalazi na ulazu naponskog komparatora, čija je uloga pretvaranje ulaznog sinusnog signala u digitalni signal amplitude 5 V kako bi on bio primjeren za rad sa mikroupravljačem. Kao glavna komponenta cijelog uređaja upotrijebljen je mikroupravljač ATmega32A. Uloga mikroupravljača je mjerenje frekvencije, te izračunavanje nepoznatog induktiviteta na temelju vrijednosti kalibracijskog kondenzatora i izmjerenih frekvencija, te prikaz rezultata mjerenja na LCD 16x2 zaslonu. Jedan od najvećih ograničavajućih faktora ovog uređaja je naponski komparator LM311 koji ne oscilira pravilno ispod 5 kHz, a pri frekvenciji većoj od 1 MHz unosi izobličenje u digitalni signal (zakošenje gornjeg lijevog brida).

Ključne riječi: mjerač induktiviteta, zavojnica, induktivitet, kondenzator, kapacitet, LC oscilator, frekvencija, naponski komparator, mikroupravljač.

SUMMARY

Inductance meter is configured to measure unknown inductances with 5 % accuracy. Measuring range of device ranges from 1 uH up to several tens of mH. Measuring unknown inductance is based on measuring the frequency of LC oscillator which is located at the entrance of a voltage comparator, whose role is to convert the input sine signal into a digital signal with 5 V amplitude, so that it would be appropriate to work with the microcontroller. As a major component of the entire device was used microcontroller ATmega32A. The role of the microcontroller is to measure frequency and calculate the unknown inductance based on the value of the calibration capacitor C_c and the measured frequency, and display the measurement results on LCD 16x2 display. One of the major limiting factors of this device is a voltage comparator LM311 which does not oscillate properly below 5 kHz and at a frequency greater than 1 MHz introduces distortion into a digital signal (curvature of the upper left edge).

Keywords: inductance meter, coil, inductance, capacitor, capacity, LC oscillator, frequency, voltage comparator, microcontroller.