

Temperaturna kalibracija u industrijskim postrojenjima

Komljenović, Filip

Undergraduate thesis / Završni rad

2014

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:200:278484>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-08-12**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET**

Stručni studij

**TEMPERATURNNA KALIBRACIJA U INDUSTRIJSKIM
POSTROJENJIMA**

Završni rad

Filip Komljenović

Osijek, 2014.

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. MEĐUNARODNA TEMPERATURNA LJESTVICA (engl. - <i>International Temperature Scale ITS-90</i>)	2
2.1 Definijske temperaturne fiksne točke	3
3. PODJELA TERMOMETARA	5
3.1 Ne-električni kontaktni temperaturni osjetnici	6
3.2 Električni kontaktni temperaturni osjetnici	8
3.3 Bez kontaktni temperaturni osjetnici	9
4. METODE KALIBRACIJE	13
4.1 Usporedbena kalibracija	13
4.2 Kalibracija u fiksnim točkama	16
5. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001	23
6. MJERNA NESIGURNOST	25
6.1 Procjena standardne mjerne nesigurnosti	26
7. ZAKLJUČAK	30
LITERATURA	31
SAŽETAK	32
ŽIVOTOPIS	33

SAŽETAK

Glavna svrha ovog rada je shvaćanje kalibracije i metoda kalibriranja instrumenata u industrijskim postrojenjima. Također i upotreba termometara kao mjernih instrumenata pri temperaturnoj kalibraciji. Shvaćanje temperaturne ljestvice i definicije fiksnih točaka. Razlikovanje usporedbene metode kalibracije od metode u fiksnim točkama. Izračun mjerne nesigurnosti prilikom kalibracije.

Ključne riječi: ITS-90, usporedbena metoda, fiksne točke, termometri

SUMMARY

Main purpose of this study is realization of calibration methods and calibration of instruments. Also use of thermometers as measuring instruments in temperature calibration.

Realization of the Temperature scale (ITS-90) and definition of fixed points. Distinguishing of comparative method from the fixed point calibration. Calculation of measurement uncertainty when calibrating.

Keywords: ITS-90, comparative method, fixed points, thermometers